

Утверждаю:
первый заместитель
директора - главный инженер

И.В. Тавлуй

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Счетчик газа ВКР G4

Код подгруппы	
Код МТР в SAP R3	
Заказчик	Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть»
Кол-во МТР по опросному листу	1

№ опросного листа	
	Заказчика

Направление потока	Слева-направо
Модель	ВКР-G4
Максимальный расход, м³/ч	6
Номинальный расход, м³/ч	4
Минимальный расход, м³/ч	0,04
Максимальное рабочее давление, кПа	50
Предел погрешности, %:	
$Q_{\min} \leq Q < 0,1Q_{\text{ном}}$	±3
$0,1Q_{\text{ном}} \leq Q \leq Q_{\text{макс}}$	±1,5
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +60
Размер резьбы штуцеров, дюйм	1 1/4"

Включить в комплект поставки:

Комплект необходимой документации (действующие в РФ свидетельства о поверке (срок действия на момент поставки не более 3 месяцев от даты проведенной поверки), действующие в РФ сертификаты (свидетельства) об утверждении типа, действующие описание типа, методика поверки, разрешения на применение или сертификат соответствия Таможенного союза (ТС ТР), паспорт; руководство по эксплуатации

Ф.И.О. Ответственного	Руденко В.А.
Должность	Гл. метролог
Телефон/факс	(8452) 393-567
Электронный адрес (личный или организации)	Rudenko.VA@russneft.ru
Подпись, печать	

