

Утверждаю:  
первый заместитель директора –  
главный инженер  
И.В. Тавлуй

### Опросный лист

#### Нутромер микрометрический НМ-600 75-600 ЧИЗ

Код подгруппы	
Код МТР в SAP R3	
Заказчик	Саратовский Филиал ПАО НК «РуссНефть»
Кол-во МТР по опросному листу	1

№ опросного листа	
	Заказчика

#### Технические характеристики:

Тип:	микрометрический
Способ отсчета	механический
ГОСТ 10-88	
Диапазон измерений	75-600 мм
Точность отсчета	0,01 мм
Упаковка	футляр пластик
Погрешность, мм	от 0,004 до 0,015
Первичная поверка	да

#### Дополнительная информация:

Комплект необходимой документации (действующие в РФ свидетельства о поверке (срок действия на момент поставки не более 3 месяцев от даты проведенной поверки), действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа, действующие описание типа, методика поверки, разрешения на применение или сертификат соответствия Таможенного союза (ТС ТР), паспорт; руководство по эксплуатации

Ф.И.О. Ответственного	Руденко В.А.
Должность	Главный метролог
Телефон/факс	т.(8452) 393-567
Электронный адрес (личный или организации)	RudenkoVA@russneft.ru
Подпись, печать	

